

# TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-2019-074066

접 수 일 자 : 2019년 05월 07일

대 표 자 : 신태준

시험완료일자 : 2019년 05월 21일

업 체 명 : (주)뉴레파생명공학

주 소 : 경기도 군포시 고산로 166, 102동 905호 (당정동, SK벤티움)

시 료 명 : 실리콘시편 [뉴레파 인브라]

## 시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
총호기성미생물수	CFU/g	-	<10	대한민국약전 제 11 개정
총진균수	CFU/g	-	<10	대한민국약전 제 11 개정
대장균	-	-	음성	대한민국약전 제 11 개정
녹농균	-	-	음성	대한민국약전 제 11 개정
Pb	mg/kg	-	검출안됨	IEC 62321-5 Ed. 1.0 : 2013(AAS, 준용)
Cd	mg/kg	-	검출안됨	IEC 62321-5 Ed. 1.0 : 2013(AAS, 준용)
Hg	mg/kg	-	검출안됨	IEC 62321-4 Ed. 1.0 : 2013(DMA, 준용)
Cr*	mg/kg	-	검출안됨	IEC 62321-7-2 Ed. 1.0 : 2017(UV/Vis, 준용)

\*검액의 조제: 검체 10 g / 카제인대두소화액체배지 90 mL, Stomacher 60 초, 실온

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

yoo ji yeoun

작성자 : 유지연

Tel : 02-2092-3797


Kim Jihyun

기술책임자 : 김지현

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2019년 05월 21일

**KTR** 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code